

Nota informativa

25 de setembre de 2019

ARS/2019/16501

RETIRADA DEL MERCAT DE DETERMINATS LOTS DE LENTS DE CONTACTE 1-DAY ACUVUE® MOIST PER ASTIGMATISME

El Ministeri de Salut ha tingut coneixement, a través de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) i de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) de la retirada del mercat de determinats lots de lents de contacte 1-DAY ACUVUE® MOIST, fabricades per Johnson & Johnson Vision Care Inc, EUA.

Aquestes lents de contacte d'un sol ús estan indicades per la correcció òptica d'errors refractius, hipermetropia i miopia en persones amb ulls sans que tinguin astigmatisme.

A causa d'una possible presència partícules a les lents de contacte o en la solució que les conté, aquestes lents de contacte podrien produir vermellor, incomoditat o abrasió a la còrnia.

Després d'una revisió de seguretat efectuada per Johnson & Johnson, la presència d'aquestes partícules és un risc potencial baix per al pacient i no s'ha reportat cap tipus d'esdeveniment advers greu relacionat amb l'ús d'aquest producte.

Productes afectats

A continuació es descriuen els productes afectats:

Els números de lot es mostren a la zona del codi de barres de la part posterior o lateral de la caixa. El número de lot també està present a l'opercle de cada càpsula individual de les lents de contacte.

Marca	Característica del producte, Radi de curvatura, Potència	Lot Mare	Núm. De lot de caixa de 30
1-DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM	BC 8.5, -6.00D/-0.75 X 180	395749	3957490101 3957490102 3957490103 3957490104 3957490105 3957490106 3957490107 3957490108 3957490109 3957490110 3957490111 3957490112
1-DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM	BC 8.5, -6.00D/-1.75 X 180	395750	3957500101 3957500102 3957500103 3957500104 3957500105 3957500106 3957500107 3957500108 3957500109 3957500110 3957500111 3957500112
1-DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM	BC 8.5, -3.50D/-0.75 X 180	395751	3957510101 3957510102 3957510103 3957510104 3957510105

Recomanacions:

a) Professionals sanitaris dels establiments d'òptica

Si disposeu al vostre establiment de les lents de contacte 1-DAY ACUVUE® MOIST per astigmatisme dels lots anteriorment referenciats, retireu-los de la venda i contacteu amb l'empresa per efectuar la seva devolució.

b) Usuaris

Si disposeu de lents de contacte 1-DAY ACUVUE® MOIST per astigmatisme dels lots anteriorment referenciats no les utilitzeu. Si experimenteu molèsties als ulls, contacteu amb el vostre metge.

Si les vostres lents de contacte no es corresponen amb els números de lot citats, podeu utilitzar-les amb seguretat.